



Equipo PoC

SD BIOSENSOR

STANDARD™ **LipidoCare®**

Reg. Sanitario Equipo 0347E20214 SSA | Código de Producto ST11003
Reg. Sanitario Tira Lípidos 0521R2014 SSA | Código de Producto ST13003

Analizador para la determinación cuantitativa de parámetros como: Colesterol total, HDL y Triglicéridos en tiras paramétricas que realizan un perfil de lípidos en sangre entera, capilar o venosa, suero o plasma.

Sistema basado en la **fotometría de reflectancia**.



Presentación Comercial

	Analizador		1 Manual de uso
	Tira de comprobación de lípidos	Tira de Prueba	
	4 Baterías AAA 1.5V		25 Tiras, inserto y chip codificador
	1 Guía rápida		

Ventajas

Perfil lipídico completo en minutos

Mide colesterol total, HDL, triglicéridos con resultados en 3 y 5 minutos.

Versatilidad en tipo de muestra

Compatible con sangre capilar, venosa y suero (EDTA o heparina).

Software de manejo de lípidos con hoja de resultados personalizable

Cuenta con ISO 13485:2016 y 14001:2015

AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS | 223300202C3894

KANA UNDESA
S.A. DE C.V.

ESTABLECIMIENTO

Prolongación Avenida Tepeyac No. 110 Sec. B Colonia Paraísos del Colli, C.P. 45069, Zapopan, Jalisco, México.

corporinter.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento por ningún medio.